

OMNITEST LABORATOR S.A.

Puneti-ne la ÎNCERCARE !

acreditat pentru
ÎNCERCARE



B-dul. Theodor Pallady Nr. 57, Sector 3, parcela P1,
nr. corp cladire / constructie 52, sector 3, Bucuresti
Tel: 5690575; 5690576 , Fax 5690579;
E-mail: office@omniteslaborator.ro
www.omniteslaborator.ro

SR EN ISO / CEI 17025: 2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 305 / 2007

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 2- 264 data 16.04.2008

CLIENT S.C. ADA&MO MURESAN S.N.C. Adresa GALATI Nr. c-da 121/08.04.2008

Descrierea și identificarea probei SOLUTIE IGNIFUGA PIFPE LOT 01/15.03.2008

Specificația referitoare la încercare - Esantionare (loc / data / nume) CLIENT/08.04.2008

FURNIZOR S.C. ADA&MO MURESAN S.N.C

Data primirii probei 08.04.2008 Data finalizării încercărilor 16.04.2008

Nr. crt	Caracteristica	UM	Valoare prevazută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	*Timp de curgere cupa ISO nr.3, t=23 + 0,5 ⁰ C	sec.	-	37	2	SR EN ISO 2431/AC:2003
2	*Determinarea continutului de substanta uscata, 8 h la 105 ⁰ C	%	-	37,9	0,68	SR EN ISO 3251:2003
3	*Durata de uscare la suprafata, conditii normale de lucru, aplicare prin pensulare, 1 strat	ore	-	1	0,2	SR EN ISO 1517: 1999
4	*Încercare la caroiaj , cutit nr.1, 2 straturi aplicate pe lemn prin pensulare, uscare in conditii normale de lucru	cifra de aderenza	-	1	-	STAS 6000/3:1987
5	* pH	-	-	11,46	0,20	STAS 8619-3:1990
6	*Densitate T=20 ⁰ C	g/cm ³	-	1,330	0,001	STAS 35-81 pct.2

* Încercare acreditata RENAR

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare

DA

NU

Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere k=2 pentru un nivel de incredere P=95%

OPINII SI INTERPRETARI

NOTĂ: Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declaram pe proprie raspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natură

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

SEF LABORATOR
Ing. Iliescu Olimpia

S.C. OMNITEST
LABORATOR S.A.

EFACTUAT ÎNCERCAREA
Laborant Draghici Vetuta
Laborant Paraschiv Victoria

S.C. OMNITEST
LABORATOR S.A.
4

S.C. OMNITEST
LABORATOR S.A.
6

Cod FPG-L 19-01

Ex.nr.1

♦ Cod Unic Inregistrare (CUI) 18085514 ♦ Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului J40 / 18216 / 2005
♦ IBAN RO27BRDE441SV56217394410 ♦ Capital social subscris si varsat: 90 000 lei